

Caractéristiques par catégorie de défibrillateur (article 4, 2.de la convention)

- catégorie 1 : défibrillateur cardiaque classique single chamber of dual chamber
- catégorie 2 : défibrillateur cardiaque de resynchronisation

Caractéristiques	Cat. 1	Cat. 2
1. Distinct energy programming during brady-pacing and post shock	+	+
2. Programmable minimal and maximal heart rate	+	+
3. Activity sensor and rate response	-	+
4. Rate Hysteresis	+	+
5. ProgrammableAV delay after atrial sense or pace	-	+
6. Anti-PMT algorithm	-	+
7. Defibrillation	+	+
8. Defibrillation or ATP	+	+
9. VT/SVT discrimination algorithms	+	+
10. Event Counters	+	+
11. Heart Rate time interval diagnostics	+	+
12. Stored intracardiac electrograms	+	+
13. Distinct programming of right/left ventricular stimulation	-	+
14. 4 years warranty on longevity	+	-
15. 3 years warranty on longevity	-	+