

Modaliteiten voor de registratie van gegevens betreffende de implanteerbare hartstimulatoren en resynchronisatiehartstimulatoren, hun elektroden en implanteerbaar toebehoren.

De punten 4.1., 4.2. en 4.3. van de vergoedingsvoorwaarde F-§01 van de lijst verduidelijken dat de modaliteiten van de registratie en de validatie van de gegevens alsook de manier waarop deze overgemaakt worden, opgesteld worden door de “Belgian Heart Rythm Association” (BeHRA), de Commissie en de Dienst voor Geneeskundig Verzorging.

De modaliteiten voor de registratie

Twee types van gebruikers kunnen toegang hebben tot de online toepassing:

- De geneesheren-specialisten in de cardiologie die in een verplegingsinrichting werken die beschikt over de door de bevoegde overheid verleende erkenning voor het zorgprogramma “cardiale pathologie” P. Om toegang te hebben tot de toepassing moeten ze toegang krijgen van de lokaal beheerder van hun ziekenhuis.
- De administratief medewerkers (verpleegkundigen, secretaressen, apothekers,...). Om toegang te hebben tot de toepassing moeten zij enerzijds toegang krijgen van de lokaal beheerder van hun ziekenhuis en anderzijds moeten zij gelinkt worden met de geneesheren-specialisten in de cardiologie voor wie ze gegevens kunnen ingeven en consulteren.

Een registratie* kan aangemaakt worden in de online toepassing door ofwel een geneesheer-specialist in de cardiologie ofwel door een administratief medewerker die de geneesheer-specialist in de cardiologie zal moeten selecteren. Enkel de geneesheer-specialist die de registratie aangemaakt heeft of die door de administratief medewerker geselecteerd wordt kan als arts gegevens inbrengen en wordt dan ook standaard beschouwd als eerste ondertekenaar (zo verder gebruikt in de tekst).

De modaliteiten voor de validatie

Eens alle verplichte gegevens ingegeven zijn, kan de registratie gevalideerd worden. Twee geneesheren-specialisten in de cardiologie moeten deze valideren.

- De eerste validatie **wordt gedaan** door de geneesheer-specialist die de registratie aangemaakt heeft of geselecteerd werd door een administratief medewerker.
- De tweede validatie wordt gedaan door de verantwoordelijke voor het **zorg**programma P of zijn vervanger. Hij werd geselecteerd door de eerste ondertekenaar of door de administratief medewerker.

Na de twee validaties van de registratie wordt automatisch een unieke registratiecode aangemaakt.

De modaliteiten voor de correctie

Een gevalideerde registratie die één of meerdere fouten bevat kan gecorrigeerd worden. De correctie moet aangemaakt worden door de eerste ondertekenaar en deze moet de gecorrigeerde registratie opnieuw valideren. Na de validatie van de tweede ondertekenaar zal er automatisch een nieuwe registratiecode aangemaakt worden.

De modaliteiten voor de overdracht

- *Overdracht aan de verzekeringsinstelling:*
De registratiecode aangemaakt na de validatie moet vermeld worden in recordtype 50 zone 57-58-59 van de elektronische facturatie.
- *Overdracht aan de verzekeringsinstelling bij correctie:*
Als een correctie uitgevoerd werd, en deze een impact heeft op de facturatie, moet de nieuwe registratiecode vermeld worden in de elektronische facturatie;
- *Overdracht aan de BeHRA:*
De BeHRA kan, op aanvraag, beschikken over een extract van de geregistreerde gegevens via de online toepassing.

- *Overdracht aan de Commissie:*
De medische gegevensbeheerders van de dienst implantaten kunnen, op aanvraag, beschikken over een extract van de geregistreerde gegevens via de online toepassing.

Bijkomende informatie

Registratie, validatie en correctie van de gegevens:

https://wwwacc.ehealth.fgov.be/nl/application/applications/QERMID_PACEMAKER.html

* Een registratie komt overeen met een implantatie van een implanteerbare hartstimulator / een resynchronisatiehartstimulator met of zonder elektroden of met een implantatie van één of meerdere elektroden.