

## **Registratie- en overdrachtsmodaliteiten voor de verstrekkingen betreffende de implantaties van de hartdefibrillatoren**

**Opgelet: Deze modaliteiten m.b.t. het Healthdata register hebben enkel betrekking op implantaties vanaf 01/01/2024.**

**Implantaties uitgevoerd vóór 01/01/2024 volgen de modaliteiten m.b.t. het Smals register.**

In artikel 9 van de revalidatieovereenkomst voor implanteerbare hartdefibrillatoren wordt verklaard dat de modaliteiten voor registratie en overdracht van de gegevens worden opgesteld door de Dienst voor Geneeskundige Verzorging.

De verplichting tot registratie betreft enkel de rechthebbenden die een vergoeding genieten op basis van de verstrekkingen opgenomen in de revalidatieovereenkomst voor implanteerbare hartdefibrillatoren.

### **1. Modaliteiten voor registratie**

#### **1.1 Registratiemogelijkheden via Healthdata**

Er zijn drie manieren om de gegevens te registreren via het systeem Healthdata: manuele registratie, CSV-upload of system-to-system.

##### 1.1.1 Manuele registratie

Het register werd ontwikkeld in de nieuwe architectuur van Healthdata HD4DP 2.0. De ziekenhuizen dienen deze nieuwe lokaal geïnstalleerde versie van HD4DP 2.0 te gebruiken.

Voordat de gebruiker zich de eerste keer verbindt met het register dient hij toegang tot het register te vragen aan de HD4DP-beheerder (Hoofdtoegangsbeheerder of Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) van zijn ziekenhuis of, in voorkomend geval, aan Healthdata indien hij het systeem Healthdata nog nooit gebruikt heeft.

Wanneer de gebruiker op Healthdata is aangemeld, klikt hij op het programma “Qermid – Hartziekten” en kiest vervolgens het register “Hartdefibrillatoren”. Als het register niet verschijnt, moet de gebruiker zijn HD4DP-beheerder contacteren.

##### Keuze van het type registratie

Om een nieuwe registratie te creëren moet de gebruiker eerst het type registratie selecteren:

- Primo-implantatie: eerste implantatie van een hartdefibrillator bij een patiënt
- Vervanging: implantatie van een hartdefibrillator bij een patiënt bij wie reeds een hartdefibrillator van hetzelfde of een ander type was ingeplant
- Toevoeging of vervanging elektroden: implantatie van een of meerdere elektroden zonder implantatie van een hartdefibrillator

- Explantatie: explantatie van een hartdefibrillator zonder vervanging van een hartdefibrillator  
Na het type registratie te hebben gekozen, dient de gebruiker op de meest recente versie te klikken.

Zoals beschreven in de revalidatieovereenkomst voor implanteerbare hartdefibrillatoren, verbindt de inrichting zich ertoe voor de rechthebbenden die beantwoorden aan de criteria van de overeenkomst om de gebruikte defibrillator en elektroden online te registreren.

#### Aanmaken/wijzigen van een registratie

Na de selectie van het type registratie klikt de gebruiker op “Nieuwe registratie”.

Om een bestaande registratie te vervolledigen: klik op de overeenkomstige lijn in de tabel waarin alle bestaande registraties zijn opgenomen.

Op elk moment kan de gebruiker de gegevens bewaren via de knop “Opslaan”, kan hij de registratie verlaten en er later naar terugkeren.

#### Validatie van een registratie

Wanneer alle verplichte gegevens zijn ingegeven, kan de implanterende arts-specialist of een van de administratieve medewerkers de gegevens valideren door op “Verstuur” te klikken.

Wanneer de gegevens gevalideerd zijn, worden ze verstuurd naar Healthdata en wordt er automatisch een unieke registratiecode gegenereerd. Een registratie die werd gevalideerd heeft niet langer de status “Open” maar de status “Verzonden”. Een verwijderde registratie krijgt de status “Verwijderd”. Meer informatie over de verschillende statussen kan u vinden op deze website:

<https://docs.healthdata.be/documentation/hd4dp-v2-health-data-data-providers/registration-statuses-hd4dp-v2>.

#### Correctie van een registratie

Om een aanvraag te corrigeren die reeds naar Healthdata werd verstuurd, kan u contact opnemen met hun helpdesk door een request in te dienen bij <https://sciensano.service-now.com/sp> of een mail te sturen naar [support.healthdata@sciensano.be](mailto:support.healthdata@sciensano.be).

#### 1.1.2 CSV upload

Een registratie via het uploaden van een CSV-bestand is mogelijk.

Meer informatie hierover kan u vinden in:

- De te registeren gegevens en de technische waardes op de website:  
[The Cardiac defibrillators data collection definition \(HDBP0274\) | docs.healthdata.be](#)
- De manier om een CSV-bestand te uploaden op de website:  
[HD4DP v2 csv upload | docs.healthdata.be](#)

Voor een buitenlandse patiënt zonder rijksregisternummer dient het veld met het rijksregisternummer leeg te blijven. Na verzending zal Healthdata voor deze patiënt een pseudocode genereren op basis van de geboortedatum, het geslacht, de naam en de voornaam.

### 1.1.3 System-to-system

Een system-to-system, waarbij gegevens van het primaire systeem van het ziekenhuis naar Healthdata worden verzonden, is tevens beschikbaar. De praktische informatie hierover kan u hier vinden: [HD4DP v2 S2S API | docs.healthdata.be](#).

## **2. De overdrachtsmodaliteiten**

### **2.1 Overdracht van de gegevens aan Healthdata/Healthstat**

De gegevens van de registraties worden doorgestuurd naar Healthdata/Healthstat. Deze worden gepseudonimiseerd op het niveau van de patiënt.

### **2.2 Overdracht aan de verzekeringsinstellingen**

Indien een ziekenhuis HD4DP 2.0 lokaal heeft geïnstalleerd, worden de facturatiegegevens automatisch via het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) naar de correcte verzekeringsinstellingen gestuurd.

### **2.3 Overdracht aan de wetenschappelijke vereniging**

De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) krijgt via Healthdata/Healthstat toegang tot de gecodeerde gegevens.

### **2.4 Overdracht aan de Commissie**

De beheerders van de medische gegevens van de Medische directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV hebben via Healthdata/Healthstat toegang tot de gecodeerde gegevens.